



Czujnik WTSHD-800-01-DS

Cena brutto	1 457,00 zł
Cena netto	1 184,55 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	B595
Producent	Mikster

Opis produktu

Radiowy czujnik temperatury i wilgotności jest modulem pomiarowym, którego odczyt jest możliwy poprzez łącze radiowe. Jego stosowanie jest zalecane wszędzie tam, gdzie tworzenie instalacji przewodowej jest utrudnione lub niewskazane. Czujnik umożliwia nieprzerwaną rejestrację temperatury, wilgotności do 136 godzin z częstotliwością rejestracji co 1 minutę. Odczyt rejestracji czujnika jest możliwy poprzez radiową centralkę rejestrującą podłączoną do komputera z zainstalowanym oprogramowaniem LOGGISOFT. Wbudowany wyświetlacz LCD ułatwia obsługę urządzenia oraz umożliwia lokalną wizualizację pomiarów.

Czujnik **WSTHD-800-01-DS**

ZASILANIE:

Dane techniczne
bateria litowa 3.6V

WYMIARY:

82x80x60mm
(z sondą pomiarową i anteną: 82x234 x60mm)

WYŚWIETLACZ:

LCD

WAGA:

210 g

OBUDOWA :

Poliwęglan

STOPIEŃ OCHRONY:

element pomiarowy: IP 30
od czoła: IP 65

ZAKRES POMIARU TEMPERATURY:

Sonda CLIP: -40..85 °C

ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU TEMPERATURY:

0.1 °C

DOKŁADNOŚĆ POMIARU TEMPERATURY:

±0,5 °C (-20°C .. +85°C)
±2 °C (-40°C .. -20°C)

ZAKRES POMIARU WILGOTNOŚCI:

0..99%

ROZDZIELCZOŚĆ POMIARU WILGOTNOŚCI:

1 %

WARUNKI PRACY

DLA OBUDOWY CZUJNIKA:

Temperatura pracy -30 °C .. +85 °C
Temperatura składowania -40 °C .. +85 °C
Wilgotność : 0..75%

TRANSMISJA DANYCH :

Parametry toru radiowego:

Czułość: -100dBm,
Moc wyjściowa nadajnika: 11dBm,
Częstotliwość pracy: 868,4 MHz,
Rodzaj modulacji: BPSK

PARAMETRY REJESTRACJI CZUJNIKA:**PROGNOZOWANY ZASIĘG PRACY:****OPROGRAMOWANIE PC:****SPEŁNIA NORMY:**

średni pobór prądu: ok. 40 μ A (max. 75 μ A),
Czas pracy bez wymiany baterii: nie mniej niż 2 lata (kontrola zdalna, wizualizacja w programie komputerowym Loggisoft)

136godzin z częstotliwością rejestracji co 1min.

brak przeszkód na drodze toru radiowego - 200m
teren gęsto zabudowany 50m
penetracja ścian - do 2 ścian / stropów (grubość 25cm),
promień 30m

Loggisoft

Zgodne z dyrektywą: 89/336/EWG wraz ze zmianami
91/263/EWG

92/31/EWG

93/68/EWG

PN-92/E-08106

ETSI EN 300 220-1 V1.3.1

ETSI EN 300 220-3 V1.1.1

ETSI EN 301 489-1 V1.4.1

ETSI EN 301 489-3 V1.4.1

EN 60950-1:2001

PN-EN 13485 S A 1

PN-EN 13486

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI Nr 206/2004

wydane przez jednostkę notyfikowaną nr 1471 z zakresie
dyrektywy 1999/5/EC